[Fiche technique]

Attelle cervico-thoracique

Réf. FMR_292180

L'attelle cervico-thoracique permet d'immobiliser une victime en cas de suspision de traumatisme de la colonne vertébrale, tout en en limitant les manipulations. La partie supérieure du rachis est parfaitement maintenue en extension, dans le bon alignement de l'axe "tête-cou-tronc", afin de limiter d'éventuelle aggravation lors du transfert de la victime sur un plan dur ou un matelas à dépression.
L'attelle cervico-thoracique convient particulièrement pour immobiliser et faciliter l'extraction d'une victime assise ou dans un espace confiné.

Armature de maintien constituée de lattes verticales rigides en bambou.
Sangles de fixation avec boucles à attache rapide. Plusieurs couleurs de sangles pour faciliter la pose : l'opérateur repère rapidement quelles extrémités il doit joindre.
Sangles frontale et mentionnière.
Coussin de nuque long pour soutenir confortablement le cou et la tête de la personne blessée.
Entièrement radiotransparente. Compatible IRM et scanner : absence totale de partie métallique.
Attelle en toile enduite PVC imperméable à l'eau et facilement nettoyable.

Informations complémentaires

Armature avec 22 lattes en bambou étuvé : matériau très léger, rigide et solide.
Plusieurs longueurs : de 16.5 à 82.7 cm. Largeur d'une latte 3 cm. Epaisseur 0.8 cm.
Lattes recouvertes d'une enveloppe en toile enduite PVC. Couture entre les lattes. Finition par bordure nylon cousue.

Fixation par 5 sangles avec boucles à attache rapide. Ouverture rapide par pression sur les côtés de chaque boucle.
Serrage et desserage par coulissement des sangles.
Sangles cousues sur l'attelle pour garantir la bonne résistance durant l'utilisation.
Plusieurs couleurs de sangles : 2 noires, 1 jaune, 1 verte, 1 rouge.
Dimensions (lxl) : 3 sangles couleur 88 x 5 cm, 2 sangles noires 139 x 5 cm.

Poignées : 3 sangles de portage (1 en tête et 2 latérales).
Sac de transport en toile enduite PVC, fermeture par zip.
2 poignées de portage en sangle cousues sur la longueur du sac, en position centrale.
Dimensions du sac (Lxlxh) : 89 x 31 x 6 cm. Poids 326 g.
Température de stockage : -10°C à +50°C.
Possibilité de demander un marquage par sérigraphie en option sur l'attelle et/ou sur le sac de transport. Nous consulter.
Dimensions et nombre de couleurs personnalisables.
Résistant, convient pour l'usage intensif de l'attelle.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxhxe) Ouverte 82 x 92 x 4 cm. Pliée dans le sac 86 x 42 x 6 cm.
Couleur	Bleu
Matière	Coussin de nuque en mousse, lattes en bambou. Enveloppe du coussin et des lattes en toile enduite PVC Polyester Oxford 400D, 320 g/m², épaisseur 1 mm. Sangles Polypropylène.
Poids	3.3 kg (avec coussin de nuque)
Charge maximale admissible	159 kg
Livré avec	1 coussin de nuque, sangles de fixation, sangles frontale et mentonnière, 1 sac de transport.
Normes et Certification	Dispositif médical Classe 1
Accessoires et Consommables	Réf. FMR_CUSH : Coussin de nuque de remplacement pour attelle cervico-thoracique
Instructions d'utilisation	Manipulation recommandée par 3 équipiers. Sortir l'attelle du sac et la dérouler. Un équipier maintient manuellement la tête de la victime pendant toute l'intervention. Poser un collier cervical de taille adaptée (non inclus avec l'attelle cervico-thoracique). Les 2 autres équipiers sont placés chacun d'un côté de la victime, glisser délicatement l'attelle cervico-toracique derrière son dos, et bien la centrer sur sa colonne vertébrale. Veiller à minimiser les mouvements de la victime. Rabattre l'attelle sur le devant, attacher et serrer la sangle du milieu puis celle du bas. Les rabats doivent être bien positionnés sous les aisselles de la victime. Attacher les sangles de jambes aux boucles blanches en les passant sous les cuisses puis en les croisant : la sangle s'attache à la boucle du côté opposé. Combler l'espace entre le cou du patient et l'attelle avec le coussin de nuque, le plier si nécessaire pour augmenter l'épaisseur. Positionner les sangles frontale et mentionnière pour maintenir la tête de la victime. Attacher et serrer la sangle de poitrine (sangle du haut). Vérifier le bon positionnement de l'attelle : sangles ajustées, parfaitement centrée sur la colonne vertébrale, correctement rabattue sous les aisselles de la victime. Tourner, basculer ou soulever la victime avec précaution pour la transférer sur un plan dur ou un matelas à dépression, puis la sécuriser avec des sangles de maintien.
Entretien	Nettoyer à l'eau tiède savonneuse. Rincer puis sécher avec un chiffon doux. Désinfection avec un produit désinfectant doux type médical. Attelle réutilisable : vérifier avant chaque nettoyage que l'attelle ne présente aucun dommage apparent ou une usure excessive. Dès que cela se produit, l'attelle ne doit plus être utilisée.