



[Fiche technique]

## Bouteille de gaz 34L Sulfure d'hydrogène 40 ppm dans Nitrogène

Réf. 747083

## 40 ppm H2s dans N2.

Bouteille de gaz d'une capacité de 34L permettant de calibrer les détecteurs de gaz Altair pour une utilisation sécurisée.

## Informations complémentaires

Bouteille de gaz d'une capacité de 34L permettant de calibrer les détecteurs de gaz Altair pour une utilisation sécurisée.

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit Bouteille de gaz d'une capacité de 34L permettant de calibrer les détecteurs de gaz Altair pour une utilisation

sécurisée.

Stérile Non sterile

Conforme 10g Non

Garantie 1

Classification Non concerne

Partie du corps

**Code SH** 28043000000

Référence fabricant (MPN) 10011727

Code ONU 1956