



[Fiche technique]

Détecteur de monoxyde de carbone MICRO CO

Réf. 291301

Testeur de CO expiré parfait en dépistage tabac mais surtout en tabacologie pour le suivi du sevrage tabagique.

Très utile aussi en dépistage d'intoxication au CO lorsque les pompiers prennent en charge des patients.

Affichage de la mesure précise du CO expiré en ppm, de 0 à 100 ppm.

Conversion calculée du COHb en pourcentage (carboxyhémoglobine).

Simplicité d'usage avec le passage du CO ppm au %COHb via un simple curseur.

Tabagisme traduit par des diodes lumineuses verte, jaune et rouge (+ alarme sonore).

Aucun temps d'attente entre les souffles, pour l'utilisation intensive des spécialistes.

Cellule de mesure électrochimique sans faille et de longue durée.

Informations complémentaires

Fonction compte à rebours automatique (configurable sur PC grâce au logiciel COBRA).

Fonction d'autozéro.

Calibration réalisable par l'utilisateur.

Durée de vie du capteur : environ 2 ans (selon les concentrations mesurées).

Diamètre des embouts cartonnés : intérieur 20 / extérieur 22.

Température de stockage : - 20° à + 70°C.

Température d'utilisation : 15 à 25°C.

Humidité relative : 15 à 90 %.

Caractéristiques techniques

Dimensions	17 x 6 x 2,6 cm
Alimentation	Pile de 9 V 6LR61
Poids	180 g
Autonomie	30 heures en continu
Livré avec	1 mallette de transport, 4 embouts cartonnés, 1 adaptateur pour embout de 22 mm avec clapet de non-retour, 1 adaptateur de calibration 22 mm, 1 pile PP3 et 1 outil de calibration.
Garantie	3 ans
Instructions d'utilisation	Attendre que l'appareil gagne une température normale avant de l'utiliser. Insérer l'embout plastique avec valve sur le microCO. Insérer un embout carton à usage unique. Mettre en marche : dès que le signal sonore retentit, dites à votre patient d'inspirer profondément et de garder son souffle durant 20 secondes, puis faire souffler le patient très lentement et profondément pendant 10 secondes.
Entretien	L'adaptateur d'embout doit être nettoyé avec une solution légèrement détergente.
Classification	Dispositif médical de Classe 2a
Accessoires et Consommables	Réf. 291302 - 100 embouts carton