[Fiche technique]

Electrode bouton Micropore pour monitoring

Réf. 120072

Electrode pression ronde 50 mm pour moniteur multiparamétrique Innocare

Electrode pression ronde 50 mm micropore à gel solide conducteur.

Informations complémentaires

Sans latex, sans phtalates, sans produits d'origine animale.
Contact par senseur Ag/AgCl
Durée optimale d'utilisation : 48 heures.
Durée maximale d'utilisation : 72 heures.
Durée de conservation : 18 mois après la date de fabrication.

Tension résiduelle de la polarisation : < 5mV
Dérive de la tension résiduelle de la polarisation : < 40 mV
Impédance à 10 Hz : < 500 Ω
Dérive de tension après défibrillation : < 40 mV ou < 0,5 mV / s
Instabilité interne et bruit interne : < 150 µV
Sans porosité au passage de l'air

Caractéristiques techniques

Dimensions	ø 5 cm
Caractéristiques produit	Sans latex, sans phtalates, sans produits d'origine animale. Contact par senseur Ag/AgCl Durée optimale d'utilisation : 48 heures. Durée maximale d'utilisation : 72 heures. Durée de conservation : 18 mois après la date de fabrication. Tension résiduelle de la polarisation : < 5mV Dérive de la tension résiduelle de la polarisation : < 40 mV Impédance à 10 Hz : < 500 Ω Dérive de tension après défibrillation : < 40 mV ou < 0,5 mV / s Instabilité interne et bruit interne : < 150 µV Sans porosité au passage de l'air
Couleur	Blanc
Conforme 10g	Non
Matière	Micropore Support en non tissé Adhésif acrylique
Unité de vente	Sachet de 50
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	26962
Accessoires et Consommables	Réf. 422234 - Sachet de 10 adaptateurs double fonction